

INO-CNR: Sede di Arcetri
Largo Enrico Fermi 6, 50125 - Firenze.Tel.: 055-23081. - www.ino.it

PROPOSTA di AGGIUDICAZIONE di BENI

Al Direttore del CNR-INO

Il Responsabile Unico del Procedimento: Consolino Luigi

Vista la Determina a contrattare: Protocollo CNR_INO num.1348 del 15/02/2022

Ritenuto di acquisire la fornitura mediante Acquisto fuori MEPA e con modalità: Affidamento Diretto secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lettera a) del D. L. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 120/2020

E' stata fatta un'indagine di mercato sul Web ed è stata verificata la disponibilità e la qualità del prodotto oggetto della procedura di acquisto. Sono stati individuati alcuni fornitori, eventualmente anche esteri, a cui chiedere l'invio di Preventivi via EMail ed hanno risposto: 4 operatori economici

Denominazione e/o Ragione Sociale	Codice Fiscale	Data dell'Offerta	Totale Offerta	Valuta	File Preventivi/Offerte
ICEoxford Limited	nocodicefiscale	21/12/2021	62,450.00	GBP	ID4504OffPrev_ICEoxfordLimited.pdf
Quantum Design s.r.l.	10563320158	25/02/2022	87.600,00	EUR	ID4504OffPrev_QuantumDesignsrl.pdf
Cinquepascal srl	10977490159	22/11/2021	86.005,00	EUR	ID4504OffPrev_Cinquepascalsrl.pdf
ColdEdge International, Inc.	nocodicefiscale	23/02/2022	76,687.00	USD	ID4504OffPrev_ColdEdgeInternation_.pdf

- è stato valutato quanto pervenuto ed è stato riscontrato che:

tutti i preventivi sono adeguati, in particolare per un confronto omogeneo sono stati tenuti in conto i costi di: camera da vuoto e connessioni, montaggio da banco ottico per minimizzare le vibrazioni, testa refrigerante con potenza di circa 1 W @4.2K al campione e sistema per abbattere le vibrazioni tipo "exchange gas". Sono stati esclusi dai preventivi gli altri eventuali costi, come spedizione, misuratore di temperatura (già disponibile in laboratorio). Nella indagine di mercato sono stati esclusi due produttori (Montana Instruments e Cryomech) che non dispongono di oggetti utili ai nostri scopi (basso cooling power e alte vibrazioni rispettivamente).

- quindi si propone di aggiudicare la fornitura a ColdEdge International, Inc. per la seguente motivazione:

Tenuto conto di quanto scritto sopra, confrontando i preventivi in modo omogeneo, il prezzo complessivo è più basso.

VISTO che è stato rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 cioè non è stato reinvitato alla procedura il contraente uscente e/o l'operatore economico invitato e non affidatario del precedente affidamento nella stessa categoria merceologica CPV.

Propone l'aggiudicazione della fornitura dei Beni alla ditta ColdEdge International, Inc. per un importo complessivo di 76,687.00 USD esclusa IVA; l'offerta è ritenuta congrua e proficua, in rapporto alla qualità della prestazione, e rispetta gli attuali parametri di mercato.

Quindi chiede di procedere per addivenire all'acquisto dei seguenti beni:

Descrizione	Quantità	Valuta	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Criostato pulse tube SRDK-408 con Hydraulic Stand, p/n 140120	1	USD	76,187.00	76,187.00
Packaging and Handling	1	USD	500.00	500.00
Imponibile (no IVA) in USD				76,687.00

CIG: 911950773E CUP: B55J19000360001, B56C18001590006

Firenze, 28 febbraio 2022

Il Responsabile Unico del Procedimento

