

Url: <https://www.urp.cnr.it/244284-2024>

VERBALE DI COLLAUDO

Il sottoscritto Roati Giacomo Responsabile Unico del Progetto della procedura di acquisto di beni, come da ordine num.4543931 Prot. Cnr-Ino num.372703 del 04/10/2024 (rif. Interno n.280/SE) con la ditta MENLO SYSTEMS GMBH CIG: B2947F8859 CUP: B93C22000620006

DICHIARA

- di aver effettuato in data odierna il collaudo dei beni pervenuti e riportati dalla fattura (Saldo) num.70000809 del 29/04/2025 di importo pari a 64.880,00 Euro; rilevando la conformità con quanto ordinato ed il regolare funzionamento.

- di procedere all’inventario dei beni come segue:

Descrizione bene	Ubicazione	Affidatario	Importo	Codice bene	Firma affidatario
Cavità ottica di riferimento ultrastabile ad espansione ultra-bassa (ULE) alloggiata in vuoto per stabilizzazione in frequenza di laser sub-Hz nel range di lunghezza d’onda 550-560 nm e 600-620 nm, con TEC controller per la stabilizzazione in temperatura della cavità	FIRENZE - Polo Sesto - Dip. Fisica - Lab. n. 76/A	Tanzi Luca	79.153,60€	111.005-2000057-0	
Categoria Inventario: attrezzature scientifiche - PNRR Progetto CNR: PRR.AP001.003 Istituzionale					
Sesto Fiorentino, 03 luglio 2025					
caratterizzazione della temperatura di zero-crossing del coefficiente di espansione termica della cavità entro 50mK. Ultrastable ultra-low expansion (ULE) optical reference cavity in vacuum housing, designed for sub-Hz laser frequency stabilization in the 550-630 nm wavelength range, with TEC controller for stabilization of the cavity temperature;					
characterization of the zero-crossing temperature of the thermal expansion coefficient of the cavity within 50 mK.					

Il Responsabile Unico del Progetto