Url: https://www.urp.cnr.it/4353-2025

VERBALE DI COLLAUDO

Il sottoscritto Roati Giacomo Responsabile Unico del Progetto della procedura di acquisto di beni, come da ordine MEPA num.5044159 Prot. Cnr-Ino num.130638 del 17/04/2025 (rif. Interno n.21/SE) con la ditta Agilent Technologies Italia S.p.A. CIG: B679E71182 CUP: B93C22000620006

DICHIARA

- di aver effettuato in data odierna il collaudo dei beni pervenuti e riportati dalla fattura (Saldo) num.199332568/326317/P1 del 23/04/2025 di importo pari a 2.881,88 Euro; rilevando la conformità con quanto ordinato ed il regolare funzionamento.

- di procedere all'inventario dei beni come segue:

Descrizione bene	Ubicazione	Affidatario	Importo	Codice bene	Firma affidatario
Misuratore a ionizzazione, con range di misura di pressione esteso fino a pressioni di 5 x 10^-12 Torr (6.7 x 10^-12 mbar) o inferiori, dotato di due filamenti in ossido di ittrio-iridio, flangia ConFlat DN 40 2,75 pollici, come Agilent X3004-64402 o superiore. Il misuratore deve essere corredato di controller per la lettura della pressione misurata, come Agilent XGS600H1M0C0 (XGS-600, 1 HOT FIL) o superiore, dotato di display. La fornitura deve includere un cavo di collegamento tra testa di misura e controller, di lunghezza di almeno 3 metri, come Agilent R32463010 o superiore. Il misuratore e il cavo devono essere riscaldabile fino ad almeno 250 °C.	FIRENZE - Polo Sesto - Dip. Fisica - Lab. n. 76/A	Roati Giacomo	2.881,88€	111.005-2000053-0	

Categoria Inventariale: **attrezzature scientifiche PNRR**

Progetto CNR: **PRR.AP001.003** ***Istituzionale***

Sesto fiorentino, 01 luglio 2025

Il Responsabile Unico del Progetto

CNR-INO ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Via Nello Carrara, 1 – 50019 Sesto Fiorentino
P.IVA 02118311006 - C.F. 80054330586 - WWW.INO.CNR.IT - PROTOCOLLO.INO@PEC.CNR.IT