

VERBALE DI COLLAUDO

Il sottoscritto Iagatti Alessandro Responsabile Unico del Procedimento della procedura di acquisto di beni, come da ordine num.3913101 Prot. Cnr-Ino num.48589 del 13/02/2024 (rif. Interno n.135/SE) con la ditta dB electronic instruments srl CIG A03F1A71D7 CUP B53C22001750006 (Acquisto effettuato nell'ambito del PNRR per la Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1, Avviso 3264/2021, Progetto IPHOQS, cod. "IR0000016")

DICHIARA

- di aver effettuato in data odierna il collaudo dei beni pervenuti e riportati dalla fattura (parziale) num.295/24_PA del 29/02/2024 di importo pari a 38.953,15 EUR; rilevando la conformità con quanto ordinato ed il regolare funzionamento.

- di procedere all'inventario dei beni come segue:

Descrizione bene	Ubicazione	Affidatario	Importo	Codice bene	Firma affidatario
Sfera integratrice VIS-NIR Requisiti e/o specifiche tecnici o altre caratteristiche richieste:La sfera deve possedere 4 porte modulari ed un diametro non inferiore ai 10 cm. La riflettanza del rivestimento interno deve essere non inferiore al 98% in un range di lunghezze d'onda da 400 a 1700 nm.GAE: PSIPH065 A6.1+Refrigeratore di liquido a ricircolo raffreddato ad aria Requisiti e/o specifiche tecnici o altre caratteristiche richieste:il refrigeratore di liquido a ricircolo si intende basato su elementi termoelettrici, in grado di fornire almeno 1bar di capacità di pompaggio e funzionamento bipolare tale da garantire sia raffreddamento che riscaldamento. La stabilità	FIRENZE - Polo Scientifico Sesto - Dip. Fisica - laboratorio st. 20	Iagatti Alessandro	38.953,15€	111.005-10758 13-000	<i>Alessandro Iagatti</i>

del controllo della

Categoria Investitoriale: **strumentazioni scientifiche PNRR**

almeno di +0,1°C e con un

GAE: **PSIPH065 Istituzionale**

range di funzionamento tra i

-5 °C e 45 °C. Lâ

Sesto Fiorentino, 17 aprile 2024

Il Responsabile Unico del Procedimento

Alessandro Tagli